



## Stent actif à élution ciblée<sup>1,2</sup>

**2,6%**<sup>3</sup> ID-TLR\*  
à 2 ans

**1,7%**<sup>3</sup> Def/Prob ST\*\*  
à 2 ans

\* - ID-TLR = ISCHEMIA DRIVEN - TARGET LESION REVASCLARIZATION = REVASCLARISATION DES LÉSIONS TARDIVES CAUSÉES PAR UNE ISCHÉMIE

\*\* - Def/Prob ST = DEFINITE OR PROBABLE STENT THROMBOSIS = THROMBOSE SUR STENT CONFIRMÉE OU PROBABLE

1 - MANUEL D'UTILISATION - A-COC03-016 REV.D

2 - FIREHAWK RAPAMYCIN TARGET ELUTING CORONARY STENT SYSTEM INSTRUCTION FOR DESIGN TECHNIQUE (FOR MARKET) - 303285 A

3 - XU ET AL. 2-YEAR CLINICAL OUTCOMES OF AN ABLUMINAL GROOVE-FILLED BIODEGRADABLE-POLYMER SIROLIMUS-ELUTING STENT COMPARED WITH A DURABLE-POLYMER EVEROLIMUS-ELUTING STENT. JACC CARDIOVASC INTERV. 2019 SEP 9;12(17):1679-1687.

POUR LES MENTIONS LÉGALES, RÉFÉREZ-VOUS À LA DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR LE STAND. CE DOCUMENT EST RÉSERVÉ À UNE UTILISATION EXCLUSIVE DANS LES ESPACES RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

19-TI-SORIN-PM 003